

**ZAKRES AKREDYTACJI
LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR CALIBRATION LABORATORY
Nr/No. AP 111**

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 11 z/of 05.01.2026

 AP 111	Nazwa i adres / Name and address TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z o.o. LABORATORIUM AKREDYTOWANE, AMI I OT ul. Kryształowa 1/3 33-100 Tarnów
Działalność prowadzona / Activity conducted w stałej lokalizacji (S) / at permanent location (S)	Wzorcowanie / Calibration: Numer i nazwa wielkości mierzonej / number and name of measurand^{*)} 7.11 energia

Wersja strony/Page version: A

^{*)} Numeracja wielkości mierzonych zgodna z podaną w załączniku nr 1 do dokumentu DAP-04 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl / The numbering of measurand in accordance with the classification given in the Annex to document DAP-04, available at PCA website www.pca.gov.pl

**KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
WZORCOWAŃ**

KATARZYNA WIŚNIEWSKA

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AP 111 z dnia 05.01.2026 r.
Cykl akredytacji od 21.11.2023 r. do 18.12.2027 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl

This document is an annex to accreditation certificate No. AP 111 of 05.01.2026
Accreditation cycle from 21.11.2023 to 18.12.2027
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl

Laboratorium Akredytowane, AMI i OT ul. Kryształowa 1/3, 33-100 Tarnów				
Obiekt wzorcowania/pomiaru	Zakres pomiarowy	Niepewność pomiaru dla CMC	Miejsce dział.	Metoda pomiarowa
Energia				
Liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego	50 Hz 30 V do 350 V 0,020 A do 120 A cos φ o charakterze indukcyjnym lub pojemnościowym cos φ = 1 lub cos φ = -1 cos φ = 0,8 lub cos φ = -0,8 cos φ = 0,5 lub cos φ = -0,5 cos φ = 0,25 lub cos φ = -0,25	0,058 % 0,058 % 0,058 % 0,093 %	S	Procedura wewnętrzna IL01 Metoda bezpośredniego porównania
Liczniki energii elektrycznej biernej prądu przemiennego	50 Hz 30 V do 350 V 0,020 A do 120 A sin φ o charakterze indukcyjnym lub pojemnościowym sin φ = 1 lub sin φ = -1 sin φ = 0,8 lub sin φ = -0,8 sin φ = 0,5 lub sin φ = -0,5 sin φ = 0,25 lub sin φ = -0,25	0,058 % 0,058 % 0,058 % 0,093 %	S	Procedura wewnętrzna IL01 Metoda bezpośredniego porównania


Wersja strony: A

Niepewność pomiaru dla CMC stanowi niepewność rozszerzoną przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95 %.

Wartość wyrażona w procentach jest niepewnością pomiaru względną i dotyczy procentowego udziału w wartości wielkości mierzonej.

Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AP 111

Status zmian: wersja pierwotna – A



Zatwierdzam status zmian

**KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
WZORCOWAŃ**

KATARZYNA WIŚNIEWSKA
dnia: 05.01.2026 r.